

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ


TEKLİF MEKTUBU

22/03/2024

Sayın

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nilüfer HİLMİOĞLU'na ait 2024/3727 nolu Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen cins ve miktarları yazılı malzemeler 4734 sayılı Kanunun 3/f (2003/6554 Sayılı Karar 21/d) maddesine göre satın alınacaktır.

Konuyla ilgili teklifinizi en geç bir hafta içinde Bilimsel Araştırmalar Şb. Müd.'lüğüne göndermenizi rica ederim.


Yakup TEMKİNER
Şube Müdürü V.

No	Hizmetin Türü	Miktar	Birim Fiyatı TL	Tutarı TL
1	UV Vis Spektrofotometre	1 Adet		

Not: Satınalma aşamasında, firmalardan gelecek her türlü açıklama talebinin muhatabı proje yürütücüsüdür. Taleplerin değerlendirilmesinde açıklama istenildiği takdirde niluferh@kocaeli.edu.tr mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Teklifin TL olarak verilmesi.

Tekliflerde KDV oranının belirtilmesi

Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km 41380 Umuttepe/İZMİT

Telefon : 303 11 07 Faks: (0262) 303 11 23

e-posta: kocaelibilimsel@gmail.com

TEKNİK ŞARTNAME

Demirbaş: UV vis spektrofotometer

- cihazın optik sistemi single beam olmalıdır.
- dalga boyu aralığı 190 - 1100 nm olmalıdır.
- dalga boyu doğruluğu +/- 0.5 nm olmalıdır.
- bant genişliği 2 nm olmalıdır.
- Fotometrik ölçüm, kantitatif ölçüm ve spektrum tarama fonksiyonları olmalıdır.
- 5 inç renkli dokunmatik ekranı olmalıdır. Ekran 5 inch den küçük olmamalıdır.
- cihazda USB-a, USB-b ve rs232 bağlantı arayüzleri olmalıdır.
- cihaz kompakt yapıda olmalı ve ölçüleri 456x360x185 mm den büyük olmamalıdır.
- cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- cihaz ile birlikte 2 adet Quartz küvet, 4 adet cam küvet, software USB drive, USB kablo ve toz örtüsü verilmelidir.

Prof. Dr. Nilüfer Hilmiçin

Naldus